

國立虎尾科技大學實驗室 **每日** 安全衛生檢查檢點記錄表-表 1/日

本表使用日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 實驗室名稱：\_\_\_\_\_

檢查項目	檢查重點	星期						
		一	二	三	四	五	六	日
藥品櫃	(1) 藥品使用完畢後要緊閉並放回原位整齊存放。							
	(2) 藥品名稱及危害物標示要清楚。							
	(3) 各藥品櫃要關閉妥當。							
	(4) 藥品櫃內無藥品洩漏情形。							
	(5) 危害性化學物質要存放於特定區內並加以標示。							
高壓氣體鋼瓶	(1) 鋼瓶之固定裝備要牢固							
	(2) 鋼瓶貯放位置附近無易燃物。							
	(3) 檢查接頭部分是否無溢洩、異響。							
	(4) 鋼瓶貯放處之溫度應低於 40 °C。							
	(5) 要標示使用狀況的掛牌。							
	(6) 鋼瓶氣壓表要正常							
儀器及機械設備	(1) 儀器或機械設備使用完畢要依程序關閉。							
	(2) 電線之絕緣包覆無破壞致裸露。							
	(3) 高壓電氣設備要有接地裝置。							
	(4) 用電量要低於額定負荷電源。(跳電要寫修繕)							
	(5) 延長線附近無堆積易燃物。							
	(6) 儀器使用紀錄要填寫							
緊急淋浴設備	(1) 緊急淋浴之功能要正常。							
	(2) 緊急洗眼器之功能要正常。							
	(3) 水質之外觀顏色要正常。							
消防滅火設施	(1) 消防栓警告燈要正常。							
	(2) 緊急出口燈、避難方向指示燈、緊急照明燈要正常。							
	(3) 滅火器、防火毯要標示清楚。							
氣罩及排煙櫃	(1) 馬達無故障。							
	(2) 氣罩之門無鬆動。							
	(3) 抽氣功能要正常。							
	(4) 抽氣櫃內不堆積物品							
安全衛生防護具	(1) 個人防護具要足夠(如表 14)。							
	(2) 特殊實驗時，人員要使用安全防護具。							
	(3) 緊急救難之防護具及急救箱要完備並未過期。							
污染防制設施	(1) 廢液貯存場所溫度要低於 50 °C。							
	(2) 貯存之內容物要標示清楚並填寫紀錄。							
	(3) 固體廢棄物要依規定處理。							
	(4) 廢液收集要無外洩。							
室內整體環境	(1) 室內保持整潔，垃圾定期清理，通道 (>90cm) 無阻礙，無積水情形。							
	(2) 物品器材放置有條不紊不過高，工作台要整理乾淨。							
	(3) 室內通風要良好。							
	(4) 採光照明要適當，燈罩燈泡完整可用。							
	(5) 實驗室內之工作檯上無放置食物或飲料。							
	(6) 瓦斯及電器設備開關要緊閉。							
	(7) 水槽之水龍頭延長塑膠管要良好。							
	(8) 相關警示，緊急疏散標示要清楚							
	(9) 危險操作之界限警示及警告標示要清楚							

實驗室負責老師：\_\_\_\_\_

填表人員：\_\_\_\_\_

1. 若實驗室無此設備，則無須填寫。
2. 檢查結果：正常打「√」，異常打「×」。
3. 檢查記錄表格放置實驗室備查，保存三年。